



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών ακτινοπροστασίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1	Κολάρα ακτινοπροστασία	τεμ 3	
2	Ποδια ακτινοπροστασία	τεμ 2	
3	Χρημάκινα τροχήλατη	10 θέσεων	τεμ 1

4)	Σταφάκι ακτινοπροστασίας	τελ 3
	σπίτουλασσαντε ηραδιαγραφωσ	αυραλαγου

1. Κολάρα Ακτινοπροστασίας ΤΜΧ3

1. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι ισοδύναμο με 0.50 mm Pb, από εύκαμπτο υλικό.
2. Να προεκτείνεται προς το στέρνο, κατά τουλάχιστον 12 cm.
3. Να είναι επενδεδυμένο με υλικό αντιβακτηριδιακό μη υδατοδιαπερατό, εύκολα καθαριζόμενο και ανθεκτικό στην χρήση.
4. Να προσαρμόζεται στο λαιμό του χρήστη με Velcro και να καλύπτει όλες τις διαστάσεις του λαιμού.
5. Να φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ποιότητας κατασκευής τουλάχιστον τρία (3) έτη. Επίσης να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΕ.2016/425 και να είναι πιστοποιημένο με τα διεθνή πρότυπα ως προς την απορροφητικότητα του.
6. Να είναι ελαφρύ κατά το δυνατόν και να ζυγίζει περίπου 350 γρ.
7. Να διαθέτει chip που να περιέχει όλες τις κατασκευαστικές πληροφορίες.
8. Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής με εμπειρία στον τομέα της ακτινοπροστασίας.

2. Ποδιά ακτινοπροστασίας τύπου φούστα-γιλέκο πρόσθιας και οπίσθιας κάλυψης τμχ2

1. Οι ποδιές να είναι πρόσθιας και οπίσθιας κάλυψης. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι ισοδύναμο με 0.50 mm Pb για την πρόσθια επιφάνεια (μασχαλη- μασχαλη) και 0.25 mm Pb για την οπίσθια επιφάνεια , από (κράμα μολύβδου και μη μολυβδουχων υλικών) ιδιαίτερα χαμηλου βάρους, το βάρος δε να μην υπερβαίνει τα 5,70 kg/ m2 στα 0.50mmPb και 2,85 kg/ m2 στα 0.25mmPb. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιφανειακής πυκνότητας.
2. Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι επενδεδυμένο με υλικό μη υδατοδιαπερατό, και εύκολα καθαριζόμενο, υψηλής αντοχής.
3. Να προσαρμόζεται στο σωματότυπο του χρήστη με ζώνη οσφύος και κλείστρο και Velcro.
4. Να φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE και να συνοδεύεται από εγγύηση ποιότητας κατασκευής τουλάχιστον τρία (3) έτη. Επίσης να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΕ.2016/425 και να είναι πιστοποιημένο με τα διεθνή πρότυπα ως προς την απορροφητικότητα του. Ζητούμενα μεγέθη : XL, L.

5. Το γιλέκο να υπερκαλύπτει την φούστα κατά τουλάχιστον 10-15 εκατοστά για υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του σώματος.

6. Να διαθέτει chip που να περιέχει όλες τις κατασκευαστικές πληροφορίες.

7. Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής με εμπειρία στον τομέα της ακτινοπροστασίας .

Τα είδη 1 και 2 καλό θα είναι να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή για λόγους ομοιογένειας .

Κρεμάστρες εξοπλισμού ακτινοπροστασίας τροχήλατες

1. Τροχήλατες κρεμάστρες ώστε να κρέμονται ποδιές αλλά και φούστες και γιλέκα ακτινοπροστασίας .

2. Οι κρεμάστρες να είναι αναδιπλούμενες, περιστρεφόμενες και μη αποσπώμενες και να πιάνουν το δυνατό λιγότερο χώρο.

3. Να προσφερθούν κρεμάστρες με ως 10 θέσεις προς επιλογή.

4. Να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης διαστάσης για οικονομία χώρου.

5. Να είναι κατασκευασμένο από INOX 304 με αντοχή στα απολυμαντικά, και όλες οι επιφάνειες να είναι λείες χωρίς εγχοπές.

6. Η βάση να έχει 4 ανθεκτικούς στην οξείδωση τροχούς , οι 2 με φρένο.

7. Να υπάρχει CE mark.

Σκουφάκια Ακτινοπροστασίας τμχ3

Υποχρεωτικό για να παρθούν μέτρα προστασίας του κεφαλιού.

Τα σκουφάκια να παρέχουν προστασία ισοδύναμη με 0,5 mm Pb.

Να είναι χαμηλού βάρους, το βάρος δε να μην υπερβαίνει τα 5,70 kg/ m2.

Το υλικό ακτινοπροστασίας να είναι επενδεδυμένο με υλικό μη υδατοδιαπερατό, εύκολα καθαριζόμενο, υψηλής αντοχής.

Να είναι μαλακά και εύκαμπτα.

Να διατίθεται σε διαστάσεις small, medium , large. Με επιλογή.

Να προσαρμόζεται με ιμάντα.

Το ύφασμα κατασκευής να είναι υποαλλεργικό και να απομακρύνει την υγρασία

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Παρασκευή 13-03-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή