



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΑΠ 10723/16-07-2026

Διεύθυνση : Οδός Σουηδίας - Αργοστόλι
Τηλ : 26713-61133

Email:promith.gnkef@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Revival A.E

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια επιτοίχιας αναρρόφησης κενού σειράς RVTM3 για την Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπ. δαπάνης 6.981,20€ συμπ.ΦΠΑ 24% με την εταιρία Revival A.E με Βεβαίωση Αποκλειστικότητας του οίκου Technologie Médicale, Γαλλίας

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Υπ' αριθμ. 21^η Τ.Σ Δ.Σ /14^ο θέμα 01-07-2026 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης σκοπιμότητας -τεχνικών προδιαγραφών -διενέργειας πρόσκλησης για την προμήθεια της επιτοίχιας αναρρόφησης κενού σειράς RVTM3 για την Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπ. δαπάνης 6.981,20€ συμπ.ΦΠΑ 24% με την εταιρία Revival A.E με Βεβαίωση Αποκλειστικότητας του οίκου Technologie Médicale, Γαλλίας

δ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ε. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

στ. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

ζ. Το Ν.4912/2022 (ΦΕΚΑ'59/17-03-2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

η. Το Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

θ. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

ι. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες."

ιβ. Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως παρατίθενται στη συνέχεια

ιγ. Υπ'αριθμ. ΑΔΑ: Ψ6Η54690ΒΔ-ΒΨΝ Ανάληψη δέσμευσης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιτοίχιας αναρρόφησης κενού σειράς RVTM3 για την Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας προϋπ. δαπάνης

6.981,20€ συμπτ.ΦΠΑ 24% με την εταιρία Revival Α.Ε με Βεβαίωση Αποκλειστικότητας του οίκου Technologie Médicale, Γαλλίας

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε σε σφραγισμένο φάκελο, σε έντυπη μορφή καθώς και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση promith.gnkef@yahoo.gr , (Σημειωτέον, η ηλεκτρονική μορφή της προσφοράς θα αποστέλλεται σε μορφή συμπίεσμένου αρχείου (7-zip) με κωδικό ο οποίος θα εσωκλείεται στον φάκελο των προσφορών) τα ακόλουθα, σε τρεις (3) υποφακέλους:

- I. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», σε δύο αντίγραφα,
- II. την «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», σε δύο αντίγραφα και
- III. τα «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», κατατίθενται τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται:

- α. ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας προσκλήσεως,
- β. ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως,
- γ. ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της συμβάσεως,
- δ. ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

Με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** », κατατίθενται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η πλήρης τεχνική περιγραφή για το υπό προμήθεια είδος - υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προσκλήσεως και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Επίσης θα πρέπει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς να αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες η περιγραφή των προσφερόμενων ειδών – υπηρεσιών, η μονάδα μέτρησης τους, η τιμή προ ΦΠΑ ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή προ ΦΠΑ για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, η αξία του ΦΠΑ ανά είδος-υπηρεσία και η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς επίσης **οι κωδικοί ΕΟΦ και EMDN**

β. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α, επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

γ. Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράφουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ**», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς,

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσωπήσεως, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

Για την απόδειξη της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

γ. Παράλληλα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

ε. Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της προσκλήσεως.

στ. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Αναλυτικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεως (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας προσκλήσεως).

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Ελληνική Γλώσσα και υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α.** η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
- β.** η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία),
- γ.** ο τίτλος της σύμβασεως (το αντικείμενο της προμήθειας),
- δ.** η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
- ε.** τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέας).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς της διαγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00μ.μ** κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,

Η προσφορά θα απευθύνεται στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Χρόνος ισχύος προσφορών: τέσσερις(4) μήνες
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Το κόστος μεταφοράς, παράδοσης του είδους βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Επί της προσφοράς σας να αναγράφετε & τον χρόνο παράδοσης του υλικού.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Παρακαλώ όπως αποστείλετε την προσφορά σας στην κάτωθι διεύθυνση:

ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΤΚ:28100 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο promith.gnkef@yahoo

Η Προϊσταμένη
Οικονομικής Υπηρεσίας

ΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ο Διοικητής
του Γ.Ν.Κεφαλληνίας
Η α/α Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας

ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
Δ.Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ημ/νία: 26/05/2026

Αρ. αίτησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη.

☐ Τρόφιμα ☐ Βιοϊατρικός Εξοπλισμός ☐ Η/Μ Εξοπλισμός ☐ Αναλώσιμα

Α/Α	Κωδικός	Είδος υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπολογισμός Δαπάνης
1		Επιτοίχια αναρρόφηση κενού σειράς RVTM3 με ρυθμιστή κενού 0-1000 mbar, αναρροφητικής ικανότητας 120 l/ min, δοχείο υπερχειλίσσης 100 ml αποστειρώσιμο στους 134o C και εξωτερικό πλαστικό φίλτρο-αντιβακτηριακό φίλτρο. Να διαθέτει βύσμα κενού τύπου ENV 737-6	τεμ.	20	2.900,00 € +24% ΦΠΑ 145,00 € / τεμ
2		Σύστημα συλλογής αναρροφούμενων υγρών για ΡΑΓΑ αποτελούμενο από δοχείο συλλογής 2 λίτρων πολλαπλών χρήσεων, Δακτυλίδι για τη στήριξη του δοχείου συλλογής στην αρπάγη, Σωλήνα σιλικόνης για σύνδεση του δοχείου συλλογής με το ρυθμιστή κενού	σετ	6	840,00 € +24% ΦΠΑ 140,00 € / τεμ
3		Σύστημα συλλογής αναρροφούμενων υγρών για ΤΟΙΧΟ αποτελούμενο από δοχείο συλλογής 2 λίτρων πολλαπλών χρήσεων, Δακτυλίδι για τη στήριξη του δοχείου συλλογής στην ΠΛΑΚΑ ΤΟΙΧΟΥ, Σωλήνα σιλικόνης για σύνδεση του δοχείου συλλογής με το ρυθμιστή κενού	σετ	14	1.890,00 € +24% ΦΠΑ 135,00 € / τεμ
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% ☐ ή 124 ΦΠΑ					6.981,20

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει στην αποθήκη Για το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

υπογραφή

☐ Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει σύμβαση Για το Τμήμα Προμηθειών

υπογραφή

Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 24101060001001 Ο/Η Υπεύθυνος Λογιστηρίου/Προϋπολογισμού

υπογραφή

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει: Με απευθείας συμφωνία ☐ Με ενδεικτικές τιμές ☐ Με τιμές ΦΕΚ ☐

Με πρόχειρο διαγωνισμό ☐ Με τιμές βάσει προηγούμενου λήξαντος διαγωνισμού

Ο/Η Προϊστάμενος Οικονομικού

Ο/Η Διοικητικός Διευθυντής

Ο/Η Διοικητής

(υπογραφή - σφραγίδα)

(υπογραφή - σφραγίδα)

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

A/A	Επωνυμία Προμηθευτή	Τηλέφωνο	Ημ/νία Προσφοράς	Προσφερόμενη Τιμή
9-37-12				

3.06.2026 09:37:12
UKPIBEL ANTIPACHO
PHOLAKA
ITOTETPAMENO
MTO
ITAMO MOSCHOPOULOU



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.Πε.

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Αρ. Πρωτ.: _____

Αργοστόλι, 25/05/2026

Δ/νση: Σουηδίας
Αργοστόλι, 28100
Τηλ.: 2671361342
Email: a.maravegias@1699.syzefxis.gov.gr
g.pyllarinos@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα Οικονομικού

ΚΟΙΝ: Διοίκηση

Θέμα: Αναγκαιότητα προμήθειας και τεκμηρίωση αποκλειστικότητας επιτοίχιων αναρροφήσεων κενού του οίκου Technologie Médicale, Γαλλίας για την Παθολογική κλινική

Πλήρης συμβατότητα με το υφιστάμενο δίκτυο κενού

Το βύσμα τύπου ENV 737-6 είναι απολύτως συμβατό με τις εγκατεστημένες λήψεις του Νοσοκομείου, χωρίς ανάγκη μετατροπών, προσαρμογών ή τεχνικών παρεμβάσεων, που θα αύξαναν το κόστος και θα δημιουργούσαν πιθανούς κινδύνους αστοχίας ή δυσλειτουργιών.

1. Αυξημένη ασφάλεια ασθενών και προσωπικού

Ο συνδυασμός δοχείου υπερχειλίσσης αποστειρώσιμου στους 134°C και εξωτερικού αντιβακτηριακού φίλτρου εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ελέγχου λοιμώξεων και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πρόληψης ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων.

2. Υψηλή και σταθερή αναρροφητική απόδοση

Η αναρροφητική ικανότητα των 120 l/min και ο ακριβής ρυθμιστής κενού 0–1000 mbar καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όλων των κλινικών εφαρμογών, χωρίς διακυμάνσεις ή απώλεια απόδοσης.

3. Αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής

Ο κατασκευαστικός οίκος **Technologie Médicale (Γαλλία)** διαθέτει πιστοποιημένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με προϊόντα υψηλής αντοχής και μακροχρόνιας λειτουργίας.

4. Ομοιομορφία εξοπλισμού και ευκολία συντήρησης

Η επιλογή συγκεκριμένου και ενιαίου τύπου αναρρόφησης διευκολύνει την εκπαίδευση του προσωπικού, τη συντήρηση, καθώς και τη διαχείριση ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την προμήθεια της επιτοίχιας αναρρόφησης κενού σειράς RVTM3 της εταιρείας Technologie Médicale, Γαλλίας, ως

τεχνικά αναγκαία και λειτουργικά αποκλειστική επιλογή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού, η συμβατότητα με τις υπάρχουσες υποδομές και η απρόσκοπτη λειτουργία της παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

Ο υπεύθυνος του
Τμήματος Βιοϊατρικής

Αντώνιος Μαραβέγιας
ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων,
MSc



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

26/05/2026

Α. Π.: Εισερχ. 7673

Α. Π. Αποστολέα: 24W-0547

Ημερία Αποστολής: 26/05/2026

Πειραιάς, 26 Μαΐου 2026

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**ΤΜΗΜΑ: Β.Ι.Τ****Τηλ:****Email:** a.maravegias@1699.syzefxis.gov.gr**Αρ. Πρωτ.: 24W-0547****ΘΕΜΑ: Προσφορά για ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ και ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2 LIT**

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Αναποκρινόμενοι σε σχετικό σας ενδιαφέρον, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε την προσφορά μας για τα παρακάτω είδη:

1. Επιτοίχια αναρρόφηση κενού σειράς RVTM3, με **ρυθμιστή** κενού 0-1000 mbar, αναρροφητικής ικανότητας **120 l/ min**, **δοχείο υπερχειλίσης** 100 ml αποστειρώσιμο στους 134° C και **εξωτερικό πλαστικό φίλτρο** αντιβακτηριακό φίλτρο αναρρόφησης το οποίο **αντικαθίσταται εύκολα**. Διαθέτει βύσμα κενού τύπου **ENV 737-6, συμβατό με τις λήψεις του Νοσοκομείου σας**. Οίκος κατασκευής Technologie Medicale, Γαλλίας.

Ποσότητα :20 τεμάχια**Τιμή ανά τεμάχιο: 145,00 € +24% ΦΠΑ / τεμάχιο****REVIVAL AF****ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46**• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr**ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41**• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr



1. Σύστημα συλλογής αναρροφούμενων υγρών ΓΙΑ ΡΑΓΑ
αποτελούμενο από τα παρακάτω επιμέρους είδη :

1. Δοχείο συλλογής 2 λίτρων **πολλαπλών χρήσεων** MAK 2000 .
2. Αρπάγη ράγας με σχισμή για στήριξη του δοχείου συλλογής MAK 2000 σε ράγα.
3. Δακτυλίδι MAK 2000 για τη στήριξη του δοχείου συλλογής στην αρπάγη.
4. Σωλήνα σιλικόνης 7 x 13, 1 μέτρου για σύνδεση του δοχείου συλλογής με το ρυθμιστή κενού .



1



3



2



4

Ποσότητα : 6 σετ.

**Προσφερόμενη τιμή ανά ΣΕΤ : Εκατόν σαράντα Ευρώ -
(140,00 €) +24% ΦΠΑ**

REVIVAL ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





2. Σύστημα συλλογής αναρροφούμενων υγρών ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ
αποτελούμενο από τα παρακάτω επιμέρους είδη :

5. Δοχείο συλλογής 2 λίτρων **πολλαπλών χρήσεων** MAK 2000 .
6. Πλάκα τοίχου με σχισμή για στήριξη του δοχείου συλλογής MAK 2000 σε **τοίχο**.
7. Δακτυλίδι MAK 2000 για τη στήριξη του δοχείου συλλογής στην **πλάκα**.
8. Σωλήνα σιλικόνης 7 x 13, 1 μέτρου για σύνδεση του δοχείου συλλογής με το ρυθμιστή κενού .



1



3



2



4

Ποσότητα : 14 σετ.

Προσφερόμενη τιμή ανά ΣΕΤ : Εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ

(135,00 €) +24% ΦΠΑ

REVIVAL ΑΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΕΝΟΥ



Ο ρυθμιστής κενού RVTM3 του οίκου Technologie Medicale αποσκοπεί στην ρύθμιση του επιπέδου του κενού από κεντρική πηγή παραγωγής κενού (λήψη κεντρικού δικτύου). Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση ουσιών από το σώμα του ασθενούς κατά την διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης ή άλλων παρόμοιων διαδικασιών. Ο ρυθμιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη κενού μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου.

Διαθέτει:

- Ρυθμιστή κενού μεμβράνης, υψηλού κενού 0-1000 mbar που εγγυάται αξιοπιστία και βέλτιστη ρύθμιση
- Πλαστικό σώμα και κάλυμμα που προστατεύει από διάβρωση, με κίτρινο χρωματισμό σύμφωνα με το EN ISO 7396-1
- Κλίμακα ρύθμισης 0-1000 mbar
- Κενόμετρο μέτρησης προστατευόμενο από ειδικό πλαστικό κάλυμμα και ακρίβειας ενδείξεων διαμέτρου $\Phi 60\text{mm}$.
- Η ρύθμιση του κενού πραγματοποιείται με περιστροφικό διακόπτη στο επάνω μέρος της συσκευής και διαθέτει υψηλή ευαισθησία
- Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας υλικό (πολυσουλφόνη), το οποίο προσδίδει στην αναρρόφηση υψηλή αντοχή έναντι κρούσεων
- Διαθέτει σύστημα προστασίας (pipeline protector) που συνίσταται από ένα ειδικό φίλτρο το οποίο κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με ένα οποιοδήποτε υγρό, στεγανοποιείται (σφραγίζει) με την διαδικασία χημικής αντίδρασης
- **Μέγιστη ροή 120 l/min**
- Ταχυδιακόπτης μπουτόν On-Off
- Πολυκαρβονικό δοχείο κατακράτησης 100 cc, αποστειρώσιμο στους 134°C , άθραυστο που διαθέτει βαλβίδα υπερχειλίσσης και **εύκολα εναλλάξιμο, εξωτερικό, αντιβακτηριακό φίλτρο** μίας χρήσης εντός πλαστικού περιβλήματος.
- Το φίλτρο προσφέρει αντιβακτηριακή και αντική προστασία με **αποτελεσματικότητα 99,97%** και βρίσκεται **εντός πλαστικού κελύφους** προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη αντικατάστασή του χωρίς να έρχεται ο χρήστης σε επαφή με μολυσματικές ουσίες.

REVIVAL AE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





- Διαθέτει **ενσωματωμένο μεταλλικό ακροφύσιο σύνδεσης σωλήνα** το οποίο αποκαλύπτεται με την απομάκρυνση του δοχείου υπερχειλίσας καθιστώντας το ρυθμιστή κενού λειτουργικό ακόμα και στην περίπτωση θραύσης του δοχείου υπερχειλίσας.
- **Μοναδικό σειριακό αριθμό** χαραγμένο στο σώμα του ρυθμιστή για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του
- Ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη **ENV 737-6**.
- Μπορεί να συνδεθεί μέσω ελαστικού σωλήνα PVC με σειρά από δοχεία κατακράτησης (γυάλινα, πλαστικά, μίας χρήσης, πολλαπλών χρήσεων, κτλ)
- Περιοδικότητα ελέγχου-συντήρησης: 1-3 έτη (ανάλογα με την χρήση)
- Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα (πρωτότυπο από τον κατασκευαστή οίκο) όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΔΥ7/2480/13-9-1994

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2 LIT ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΓΑ
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FLOW METER ΙΤΑΛΙΑΣ**

**ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΚ 2000 , 2
λίτρων**



Δέχεται αποστείρωση σε αυτόματο κλίβανο και σε θερμοκρασίες μέχρι 121°C για 15 λεπτά της ώρας. Ο κάδος έχει ωφέλιμη χωρητικότητα δύο λίτρων και είναι κατασκευασμένος από διάφανο και υλικό. Φέρει ενδείξεις χωρητικότητας με βαθμονόμηση ανά 100 cc, αναγράφοντας τις χωρητικότητες των 500 ,1000και 2.000, cc, όπως επίσης φέρει ενδείξεις για τον τρόπο χημικού καθαρισμού ή κλιβανισμού.

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό και είναι εφοδιασμένο με μηχανική βαλβίδα για την αποφυγή υπερχειλίσων.

Η είσοδος και έξοδος του καπακιού, οι οποίες είναι ευθείες Φ9 και διαθέτουν και γωνιακό συνδετικό.

REVIVAL AE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





7. Πλάκα τοίχου με σχισμή

Η πλάκα τοίχου επιτρέπει με τη βοήθεια ενός δακτυλίου κατάλληλης διαμέτρου τη στερέωση του δοχείου συλλογής σε τοίχο



7. Πλάκα τοίχου με σχισμή

Η αρπάγη ράγας επιτρέπει με τη βοήθεια ενός δακτυλίου κατάλληλης διαμέτρου τη στερέωση του δοχείου συλλογής σε ράγα

8. Δακτύλιος στήριξης δοχείου MAK 2000

Χρησιμοποιείται για στήριξη του δοχείου συλλογής στη ράγα με τη βοήθεια αρπάγης με σχισμή



8. Σωλήνα σιλικόνης 7 x 13

Δεν τσακίζει, αποστειρώνεται και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του δοχείου συλλογής με το ρυθμιστή κενού.

Τα προσφερόμενα είδη είναι Γαλλικής προέλευσης του οίκου **Technologie Medicale**, καινούρια και αμεταχείριστα και φέρουν το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου Technologie Medicale στην Ελλάδα.

REVIVAL AE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Όλα τα είδη που ζητούνται υπόκεινται στις απαιτήσεις της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/1994 και συμφωνούν με αυτήν.

Επί της συσκευασίας, η οποία θα είναι απαραβίαστη, θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που απαιτεί η παράγραφος 13, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/1994.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος με τα αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ (declaration of conformity) και πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος τον κατασκευαστή να επιτρέπει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος.

Πιστοποιητικό κατά ISO 13485:2016 του κατασκευαστή από κοινοποιημένο οργανισμό ότι τηρεί τις προϋποθέσεις του σχετικού προτύπου για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ISO 9001:2015 για εμπορεία και διανομή ιατρικών αερίων και ιατρικών συσκευών για κατ' οίκον νοσηλεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία και εργαστήρια

ΔΥ86/ΓΠ οικ. 1348 για εμπορεία και διανομή ιατρικών αερίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ISO 13485:2016 για επισκευή και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών και συναφή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εγγύηση ρυθμιστή καλής λειτουργίας: Δύο (2) έτη

Δέκα (10) έτη επάρκειας ανταλλακτικών για τεχνική υποστήριξη

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση ή από πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η κακή χρήση θα βεβαιώνεται με τεκμηριωμένη έκθεση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Χρόνος παράδοσης: Άμεσα

Τόπος παράδοσης: Στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου με μέριμνα και έξοδα της εταιρείας μας

Ισχύς τιμών: Οι προαναφερόμενες τιμές ισχύουν για 3 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Εντός 2 μηνών από την τιμολόγηση

REVIVAL AE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr





Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

REVIVAL A.E.
ΑΦΜ: 999079132
ΔΟΥ: ΕΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΡ.ΣΧ. 53-01, 8 05 179
ΓΕΜΗ: 006272001000

Γεώργιος Κούρτης
Υπεύθυνος Πωλήσεων

Τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

REVIVAL A.E.

Εμπορία Ιατρικών - Βιομηχανικών - Εργαστηριακών Αερίων
& Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις Δικτύων Ιατρικών & Εργαστηριακών Αερίων
Κεντρικό: Πειραιώς 84, Μοσχάτο, 18346

ΤΗΛ: +30 2104833307, Fax: +30 2104833308

Υποκ/μα: Αγίου Ιωάννου Ρέντη 149, Πειραιάς, 185 41

ΤΗΛ: +30 2104822728, Fax: +30 2104823716

ΑΦΜ: 999079132 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.: 2104833307 Fax: 2104833308

www.revival.gr / email: info@revival.gr

REVIVAL AE

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82-84, ΜΟΣΧΑΤΟ – 183 46

• ΤΗΛ.: 210 48 33 307 • e-mail: info@revival.gr

ΥΠΟ/ΜΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 149 & ΠΑΡΟΥ 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 185 41

• ΤΗΛ.: 210 48 22 728 • e-mail: info@zeeris.gr



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

101 rue Vaillant Couturier
93130 NOISY-LE-SEC
FRANCE
Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95
Fax : 33 (0)1 49 42 90 21
33 (0)1 48 45 29 00

oxygénothérapie - aspiration - rail & accessoires

To whom it may concern

CERTIFICATE

We,

TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S.
101 rue Vaillant Couturier
93130 NOISY LE SEC
FRANCE

hereby confirm that the company

REVIVAL SA
Peiraos 84
18346 Moshato
Greece

is our official representative and is authorized by us to offer and service our products in
Greece.

This certificate is valid for a period of one (1) year.

Made in Noisy-le-Sec, on 22/01/2026

Melissa MENDACI
Export Area Sales Manager
TECHNOLOGIE MEDICALE

TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S
101 rue Vaillant Couturier
93130 NOISY LE SEC FRANCE
Tél : +33 (0)1 48 45 58 95
Fax : +33 (0)1 49 42 90 21