0000177231
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.10 10:13:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
10/11/2026
Α. Π.: 17143

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: **prosklisis**@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΛΥΜΑΝΤΙΚΑ- ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: **α.**Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Εμποτισμένα απολυμαντικά και καθαριστικά πανάκια ευρείας χρήσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 ΠΑΚΕΤΑ

Τα πανάκια θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

10.11.2026 10:03:15
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STAMO MOSCHOPOULOU
DocuTracks

- Να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό και καθαριστικό διάλυμα, ευρέως φάσματος.
- Να είναι δραστικά κατά του SARS-CoV-2 σε χρόνο ≤30 sec, με υποβολή της σχετικής μελέτης αποτελεσματικότητας.
- Σε βρόμικες συνθήκες, να επιτυγχάνουν:
    - ≥4 log σε χρόνο ≤10 sec κατά του **Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)** και των κύριων Gram (-) βακτηριακών παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων των **Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa**, σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα του ECDC.
    - ≥6 log σε χρόνο ≤2 min κατά του **Mycobacterium bovis**.
    - ≥2 log σε χρόνο ≤30 sec κατά του στελέχους **H5N1** και κατά του **SARS-CoV-2** σε χρόνο ≤30 sec
    - σε χρόνο ≤15 κατά των **Χανταϊών (Hantaviruses)** sec, σύμφωνα με τα πρότυπα αποτελεσματικότητας **EN 14476 και EN 16777**.
- Να διαθέτουν καθαριστική δράση παράλληλα με την απολυμαντική.
- Να είναι φιλικά προς τις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών. Να είναι συμβατά προς χρήση ενδεικτικά σε στρώματα, αντλίες έγχυσης, θερμόμετρα, αναπνευστήρες κ.ά.
- Οι διαστάσεις των πανιών να είναι περίπου **20 × 28 cm (±1 cm)**.

- Η συσκευασία να κλείνει με κλείστρο τύπου **FLIP-TOP**.
- Η συσκευασία να επιτρέπει την αφαίρεση των πανιών ένα-ένα, χωρίς να προεξέχει από το άνοιγμα τμήμα των υπόλοιπων πανιών, ώστε να αποφεύγεται η ξήρανση και πιθανή επιμόλυνσή τους.
- Να συνοδεύονται από **βάσεις** για την τοποθέτησή τους κοντά στα σημεία χρήσης.

2. Σποροκτόνα καθαριστικά και απολυμαντικά πανάκια υπεροξικού οξέος (Peracetic Acid)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 ΠΑΚΕΤΑ

Τα πανάκια θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι σποροκτόνα καθαριστικά και απολυμαντικά πανάκια με βάση το **υπεροξικό οξύ (Peracetic Acid)**.
- Να διατίθενται σε **ξηρή μορφή**, για την καλύτερη διατήρησή τους, και να ενεργοποιούνται κατόπιν εμποτισμού τους με νερό.
- Σε βρόμικες συνθήκες, να επιτυγχάνουν καταστροφή **≥4 log σε χρόνο ≤2 min κατά του Clostridioides difficile**.

- Να είναι δραστικά κατά του **Candida auris** σε χρόνο ≤10 sec.
- Να είναι δραστικά κατά του **ιού της πολιομυελίτιδας** σε χρόνο ≤5 min.
- Να κατατεθεί **πίνακας αποτελεσματικότητας** έναντι των ανωτέρω μικροοργανισμών/ιών.
- Να διαθέτουν και **καθαριστική δράση**.
- Να είναι φιλικά προς τις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών.
- Να είναι συμβατά προς χρήση σε ενδεικτικά, στρώματα, αντλίες έγχυσης κ.ά.
- Οι διαστάσεις των πανιών να είναι περίπου **20 × 30 cm**.
- Κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει **25 πανάκια**.
- Να συνοδεύονται από **βάσεις** για τοποθέτηση κοντά στα σημεία χρήσης.
- Να αποτελούν **Ιατροτεχνολογικό Προϊόν**, με **σήμανση CE**.
- Να διαθέτουν την απαιτούμενη **άδεια κυκλοφορίας/έγκριση από τον ΕΟΦ/ΓΧΚ**, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Δευτέρα 16-11-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis**@1699.syzefxis.gov.gr Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ**. της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών**.

Η Υποδιευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Αραβαντινού-
Κουτσουβή Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΩ