



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 3 ΑΥΛΩΝ 20 CM 7FR

Σετ καθετήρων κεντρικών φλεβών από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη για να έχουν απαλή και λεία επιφάνεια για να μην τσακίζουν κατά την χρήση, αποστειρωμένοι, ακτινοσκοπεύσιμοι, με LUER LOCK άκρο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο καθετήρας να φέρει ακτινοσκιερές διαβαθμίσεις. Το άκρο του να είναι ακτινοσκιερό & ατραυματικό για την αποφυγή τρώσης των αγγειακών τοιχωμάτων.

Το προσφερόμενο σετ να είναι κατάλληλο για καθετηριασμό με την τεχνική Seldinger. Να φέρει οδηγό σύρμα με άκρο J tip στη μια πλευρά και ευθύ άκρο στην άλλη μήκους 60 εκ.

Το οδηγό σύρμα να έχει διάμετρο 0,035'' και να φέρει ακτινοσκιερή διαβάθμιση για διευκόλυνση του χρήστη.

Το οδηγό σύρμα να είναι από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για αυξημένη προσπελασιμότητα και αντοχή σε στρέβλωση ενώ να συνοδεύεται και με σύστημα προώθησης που να διευκολύνει την εισαγωγή του συρμάτινου οδηγού με το ένα χέρι.

Συνοδευτικά εξαρτήματα του σετ να αποτελούν, το νυστέρι, ο διαστολέας φλέβας 8,5 FR μήκους 10 εκ, η βελόνα εισαγωγής 18G, η βελόνα έγχυσης, 3 αρσενικά περιστρεφόμενα πώματα Luer Lock, αντάπτορας μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης, extra βελόνα με καθετηράκι και πρόσθετα δύο (2) πτερύγια για την καθήλωση-σταθεροποίηση του καθετήρα, σύριγγα 5 ml. Το σετ να διαθέτει σύριγγα Raylerson type που να επιτρέπει την εισαγωγή διαμέσου της του οδηγού σύρματος προστατεύοντας συγχρόνως από ενδεχόμενη δημιουργία θρόμβων-πηγμάτων αίματος.

TMX 100

2.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 ΑΥΛΩΝ 20 CM 7FR

Σετ καθετήρων κεντρικών φλεβών διπλού αυλού 7fr x 8" **20 CM ακτινοσκιερός** από μαλακή ιατρική πολυουρεθάνη με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο από προεκτεινόμενο αυλό, αποστειρωμένοι. Με οδηγό σύρμα 0,035'' (0,86 mm) dia x 24 (60 cm) με βελόνα εισαγωγής 18 G X 2-3/5" (6.5 CM).

Με σύριγγα ασφαλείας 5ml και με αγγειακό διαστολέα 8F X 4" (10CM)

Το προσφερόμενο σετ να είναι κατάλληλο για καθετηριασμό με την τεχνική Seldinger

Με διατομή καθετήρα άπω άκρου 77ml/min και πλησίον άκρου 35ml/min

TMX 50

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 14-01-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού
Α.α.

Αραβαντινού-
Κουτσουβή Ειρήνη